

Trento, 05 luglio 2018

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l'appalto di fornitura di attrezzature scientifiche per il potenziamento della Micro Nano Facility della Fondazione Bruno Kessler verso la nanofabbricazione d'avanguardia.

Nota di chiarimento n. 9

A seguito di richiesta di chiarimenti formulata dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito 1

Al punto 2.2.4 Camera di processo 4 (chimica a base di O₂ per stripping photoresist e vapori D.I H₂O e/o chimica a base Fluoro per trattamento anticorrosione dei byproducts post dry etch metals) del Capitolato speciale di appalto – Parte tecnica (LOTTO 1), vengono indicati alle voci 6 e 7 un “chuck” e un “end point detection system”. Sono richieste obbligatorie o sono semplicemente un'indicazione? La mancanza di questi due elementi nella camera 4 prevede l'esclusione dalla gara?

Risposta

Gli elementi descritti al punto 2.2.4 sono obbligatori, quindi richiesti a pena di esclusione come stabilito all'ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI MINIME DELLA FORNITURA:

Gli elementi descritti ai punti 2.1 e 2.2 rappresentano, a pena di esclusione, la configurazione e le prestazioni minime dell'apparecchiatura oggetto del presente lotto.

Le offerte relative a sistemi non rispondenti ai requisiti minimi richiesti saranno escluse dalla procedura di gara.

L'apparecchiatura dovrà essere composta da materiali e componenti nuovi. Sono escluse apparecchiature e componenti usati e ricondizionati.

- Paola Angeli -

Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente
Responsabile Servizio Appalti e Contratti

(firmato in originale)

Documento pubblicato sul sito <https://trasparenza.fbk.eu> in data 05 luglio 2018