

Trento, 06 luglio 2018

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l'appalto di fornitura di attrezzature scientifiche per il potenziamento della Micro Nano Facility della Fondazione Bruno Kessler verso la nanofabbricazione d'avanguardia.

Nota di chiarimento n. 10

A seguito di richiesta di chiarimenti formulata dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito 1

Lotto 3, capitolato tecnico, articolo 2, paragrafo 2.2.2, punto 5

"Nella tabella 3 vengono indicate nelle prime nove righe 7 linee per gas di processo, una linea per TEOS Bubbler, una linea per Azoto di lavaggio; vengono invece indicate nelle ultime due righe una linea per gas e una per bubbler qualificate "opzionali". Va inteso che è obbligatorio a pena di esclusione fornire un gas box che possa contenere un minimo di 11 linee, due delle quali da configurare successivamente con gas a scelta tra quelli disponibili ed elencati di seguito "per eventuali processi opzionali", o è invece accettabile fornire un gas box con 9 linee configurate come descritto dalle prime nove righe della tabella, fatta salva la capacità del sistema di effettuare tutti i processi richiesti?"

Risposta

Il gas box deve contenere, a pena di esclusione, 9 linee per i processi come indicato nella tabella 3 (2.2.2.5). Le ulteriori due linee sono opzionali e dipendono dai processi eventualmente presentati dal concorrente.

Il sistema può prevedere uno o più gas box.

- Paola Angeli -

Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente
Responsabile Servizio Appalti e Contratti

(firmato in originale)

Documento pubblicato sul sito <https://trasparenza.fbk.eu> in data 06 luglio 2018